Edital

Título	Aquisição de Equipamentos Laboratoriais - PE2266/14
Período de Inscrição	De 13/11/2014 17:30:00 até 27/11/2014 08:00:00
Data de Abertura	27/11/2014 08:15:00
Status	Inscrição de Propostas
Documento	
Acompanhamento Online	**Acompanhe os Lances**

Atas

Até o momento a licitação encontra-se sem Atas

Avisos

Nome	Documento
PE n° 2266/2014¿CGL:	

Objetos

Descrição	Qtd.	Preço Máx.	Unidade	Lote
1 - (ID-36833) (ID-36833) CONTADOR DE CÉLULAS, Aplicação: para hematologia, Tipo: sanguínea, de bancada, Apresentação: analisador automático com 18 parâmetros com as seguintes características: analisador compacto e automático, com operações por botões: 18 (l/mg), identificação alfanumérica de pacientes; tecnologia usada: impedância; software amigável para o usuário, operação fácil e computadorizada, ciclo de análise completamente automático, somente 10 microlitos de sangue total por análise; capacidade de fornecer alarme automaticamente, analisador hematológico otimizado, somente 03 reagentes (diluente, agente lisante, solução de limpeza); consumo baixo de sangue, controle, manutenção automática das câmaras de medição; tecnologia de válvulas por membrana, extremamente silencioso (sem compressor), manutenção diária através de ciclos ``inativar e desligar``, gerenciamento de dados simples e eficaz, calibração automática, interface padrão RS 232, Especificação Técnica: processamento: 60 amostras/hora; diluição automática; histograma: de hemácias, plaquetas e leucócitos; volume de amostra: 10 ul; parâmetros: leucócitos, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, plaquetas, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração da hemoglobina corpuscular média, plaquetócrito, volume plaquetário médio, amplitude de distribuição plaquetária, amplitude de distribuição eritrocitária, linfócitos nº relativo %, linfócitos nº absoluto, monócitos nº relativo %, monócitos nº absoluto, granulócitos nº relativo %, granulócitos nº absoluto, Características Adicionais: acompanha impressora, manual de instruções, certificado de garantia e demais acessórios para o seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127/220 V, 60 Hz, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor., Observação Administrativa: especificação exclusivamente para atender ao convênio nº 3580/2004, firmado entre a Fundação HEMOAM e Ministério da Saúde Observação:	1,00	---	unidade	0
2 - (ID-79912) (ID-79912) MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular,	1,00	---	unidade	0

Apresentação: Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas cfi 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil. (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm com trava de segurança, movimento cruzado em x e y com charriot e curso de 216 mm x 150mm. Platina com sistema de re-focagem automatica. Charriot permite leitura de 02 (duas) laminas simultaneamente. Cabeçote binocular mod. E2-tb com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm. 01 par de oculares cfi ¿e 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot. Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio. Condensador e-2 móvel centralizável tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220- 50/60 hz. Acompanha manual de instruções, capa de proteção, lâmpada reserva. Modelo Nikon Eclipse E-200 ou Equivalente. Observação:				
3 - (ID-89824) (ID-89824) COAGULÔMETRO, Descrição: Para teste de hemostasia; 1 canal de leitura; 1 posição de teste com 5 cuvetas de amostra 37º; 2 posições de reagentes; pipetador com seção de leitura, eliminando o uso do mixer; teste PT, APTT, TT, fibrinogênio + 16 posições programáveis; Dimensões aproximadas: 250 x 250 x 112 mm (L x P x A); Input/Output: Impressora térmica interna com papel de 57 mm de largura, interface serial RS-232, suporte impressora externa; Display: 192 x 64 LCD gráfico; Energia: 220 VAC, 60 Hz, 60W; Tipo: Monocanal; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. Observação:	1,00	---	unidade	0

Retornar <<

Qualquer dúvida favor entrar em contato com a nossa equipe de atendimento:
• cadastro@cgl.am.gov.br
• 0xx92 - 3214-5638

SEFAZ/AM - Coordenadoria de Compras e Contratos Governamentais - CCGov. Fone: (92)2121-1800 / 2121-1730